

Klinik 	Maxin 	Spacer 
Koncentration av läkemedel per andetag	Konstant genom hela behandlingen	Minskar efter varje andetag
Partikelstorlek	Jämn partikelstorlek genom hela behandlingen	Okänd
Dosering	På tid	Puff i spacer
Drivgastillsatser	Nej	Ja
Aktiv tillförsel av aerosol	Ja	Nej. Aerosol stillastående i spacer.
Tillförsel om otätt mellan mask och patient	Ja	Nej
Flödning vid icke samarbetsvillig patient	Ja	Nej
Adrenalin, acetylcystein m.fl. vätskor	Ja	...